

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 25年 6月 10日(月)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
64	2007 5E075	TPHA 定性	項目名称	TP抗体定性	TPHA定性	自動化法試薬への変更。 必要量・採取容器・基準値・所要日数等の変更はございません。
			検査方法	ラテックス凝集比濁法※	PHA法	
	2008 5E075	TPHA 定量	検査方法	PA法	PHA法	必要量・採取容器・基準値・所要日数等の変更はございません。

■関連データ

ラテックス凝集比濁法とPHA法の相関  
(定性値)

		ラテックス凝集比濁法			合計
		+	±	-	
PHA法	+	105	1	0	106
	±	57	6	1	64
	-	0	0	100	100
合計		162	7	101	270

判定一致率 : 78.2%  
陽性一致率 : 99.1%  
陰性一致率 : 100%

PA法とPHA法の相関  
(定性値)

		PA法			合計
		+	±	-	
PHA法	+	51	0	0	51
	±	2	2	0	4
	-	0	0	10	10
合計		53	2	10	65

判定一致率 : 96.9%  
陽性一致率 : 100%  
陰性一致率 : 100%

PA法とPHA法の相関  
(定量値)

PHA法 (倍)	PA法					
	(-) (±) 80	160	320	640	1280	2560
2560						1
1280				1	1	2
640			1	2	3	
320		9	9	2		
160		11	4			
80	2	5				
(±)	2					
(-)	10					

※ラテックス凝集比濁法にて定性検査を実施致します。判定保留(±)、陽性(+)を示した結果については、PA法にて確認させていただきます。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。