

先生各位

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、検査内容の変更を実施させていただきたくご案内
申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬白

記

■実施日 平成 27年 9月 28日(月)受託分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更 箇所	新	現
24	1133 3B125	グアナーゼ	報告値 下限	0.1未満	0.1以下
30	1727 3D080	ヒアルロン酸	報告値 下限	9.0未満	9.0以下
37	1150 3F253	SP-D	報告値 下限	17.2以下	17.2未満
44	9604 3L896	塩酸ピルジカイニド	報告値 下限	0.05未満	0.05以下
	9626 3L895	プロプラノロール	報告 桁数	小数第1位	整数
	9649 3L987	プロパフェノン	基準値	総量50～1500	50～1500
			親	*****	プロパフェノン 測定値
			子	プロパフェノン 測定値	設定なし
56	2173 5A058	IgG4	基準値	4.8～105	4.8～105.0
59	2152 5G410	ミエリンベースック蛋白	報告値 下限	31.3未満	31.3以下
	4259 5C130	プロコラーゲンⅢペプチド	報告 桁数	小数第1位	小数第2位
	4549 5C092	心室筋ミオシン軽鎖Ⅰ	報告値 下限	1.0未満	1.0以下
	3753 5C093	心筋トロポニンT	報告値 下限	0.003未満	0.003以下
	2266 3B503	抗ガラクトース欠損IgG抗体	報告値 下限	1.0以下	1.0未満
68	2065 5G510	抗カルジオリピン(IgM)	報告値 下限	5以下	5未満
	2238 5G504	抗CLβ ₂ GPI抗体	報告値 下限	0.7未満	0.7以下
69	2134 5G610	免疫複合体(C1q)	報告値 下限	1.5未満	1.5以下

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更 箇所	新	現
69	2068 5G440	精子不動化抗体	報告 形式	親 *****	SIV値
			子	SIV値	設定なし
73	4008 4A013	ソマトメジン-C	報告 桁数	整数	小数第1位
76	4268 5G342	抗IA-2抗体	基準値	0.4未満	0.40未満
			報告 桁数	小数第1位	小数第2位
76	2263 5G340	抗GAD抗体	報告値 下限	0.4未満	0.4以下
77	4212 4E050	ドーパミン(総)	報告 桁数	小数第2位	小数第1位
78	4213 4E065	セロトニン(血液)	報告 桁数	小数第1位	整数
	4203 4E016	尿中カルコールアミン3分画 〈ドーパミン〉	報告 桁数	整数	小数第1位
80	4154 4D080	アンドロステロン	報告 桁数	小数第2位	小数第3位
83	4308 4F025	E ₂ 妊婦	報告 桁数	整数	小数第1位
84	4335 4F095	ヒト胎盤性ラクトーゲン (HPL)	報告値 下限	0.06未満	0.06以下
85	4508 4Z270	HANP	基準値	43.0以下	43以下
			報告 桁数	小数第1位	整数
			報告値 下限	5.0未満	5以下
86	5394 5D103	CA602	報告値 下限	1.0未満	1.0以下
88	5388 5D025	塩基性Fプロテイン	報告 桁数	小数第1位	整数

裏面もご確認ください

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更 箇所	新	現
89	2262 5J095	可溶性インターロイキン 2レセプター	報告 桁数	小数第1位	整数
			報告値 下限	54.5未満	54.5以下
	3315 5C124	I 型コラーゲン-C -テロペプチド	報告値 下限	1.0以下	1.0未満
95	3075 2B550	PIVKA- II	基準値	1未満	1.0未満
			報告 桁数	整数	小数第1位
	3085 2B340	トータルPAI-1	報告 桁数	整数	小数第1位
	3817 2B700	プロテインC抗原量	報告 桁数	整数	小数第1位
98	6531 1B042	便HGB &TRF	報告値 下限	20以下	20未満
				5以下	5未満

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更 箇所	新	現
143	4340 4F100	抗ミュー管ホルモン	報告値 下限	0.10未満	0.10以下
144	2222 5J011	TNF(α)	報告値 下限	0.55未満	0.55以下
	3840 5J130	インターロイキン-6	報告値 下限	0.300未満	0.300以下
			報告 桁数	小数第3位	小数第2位
なし	1156 5C100	L-FABP	報告 形式	親 *****	測定値
			子	測定値	設定なし

又、報告値下限を>で報告しておりました各種検査項目につきましても、一部の検査項目につきましては「以下」又は「未満」の表記に変更させていただきます。

ご質問・お問い合わせ等ございましたら、弊社お客様窓口または貴院担当営業までお申し付け下さい。

以上