

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容の変更をさせていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

■実施日 2019年 4月 15日（月）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	備考
57	2412 5E020	クラミジアトラコマチス抗体IgA & IgG	現行試薬製造販売中止に伴う試薬変更

\* 上記以外の内容に変更はございません。

《新旧相関》

【IgA】

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	12	6	9	27
	(±)	1	0	3	4
	(-)	1	1	114	116
合計		14	7	126	147

陽性一致率: 85.7% (12/14)

陰性一致率: 88.7% (118/133)※

全体一致率: 88.4% (130/147)※

※判定保留(±)を陰性(-)に含めた一致率

【IgG】

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	25	7	4	36
	(±)	0	1	2	3
	(-)	2	4	102	108
合計		27	12	108	147

陽性一致率: 92.6% (25/27)

陰性一致率: 90.8% (109/120)※

全体一致率: 91.2% (134/147)※

※判定保留(±)を陰性(-)に含めた一致率

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。