

検査受託中止のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査受託を中止させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■最終受付日 2023年 3月 31日（金）ご依頼分をもって受託中止

■検査受託中止項目

案内書掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	中止理由	代替項目
57	2014 5E036	抗ストレプトキナーゼ(ASK)	測定試薬販売中止のため	[2015]抗ストレプトリジンO(ASO)
83	2033 5G290	サイロイドテスト (抗サイログロブリン抗体)		[4112]抗サイログロブリン抗体
	2034 5G285	マイクロゾームテスト (抗マイクロゾーム抗体)		[4114]抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体 (抗TPO抗体)
61	2129 5E156	トキソプラズマIgG抗体	測定試薬変更のため	[2191]トキソプラズマ IgG抗体 詳細については下記代替項目参照
	2130 5E157	トキソプラズマIgM抗体		[2192]トキソプラズマ IgM抗体 詳細については下記代替項目参照
132	9358 5F194	サイトメガロ IgG		[9378]サイトメガロ IgG抗体 詳細については下記代替項目参照
	9359 5F194	サイトメガロ IgM		[9379]サイトメガロ IgM抗体 詳細については下記代替項目参照

■受託開始日 2023年 4月 1日（土）より受託開始

■代替項目

項目コード 統一コード	検査項目	判断料 実施料	採取量(mL) 必要量(mL)	容器	保存	検査方法	基準値	所要日数	備考
2191 5E156	トキソプラズマ IgG抗体	免疫 93	血液 各2 血清 各0.3	01 21	冷 冷	CLIA	1.6 IU/mL未満 (-)	2~4	判定基準については裏面を参照して下さい。
2192 5E157	トキソプラズマ IgM抗体	免疫 95					0.83 S/CO未満 (-)		
9378 5F194	サイトメガロ IgG	免疫 206					6.0 AU/mL未満 (-)		
9379 5F194	サイトメガロ IgM						0.85 S/CO未満 (-)		

*裏面にも案内がございますので、ご覧ください。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。

■ 相関図

[トキソプラズマ IgG抗体]

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	16	0	0	16
	(±)	0	0	0	0
	(-)	0	0	34	34
合計		16	0	34	50

陽性一致率: 100.0%
陰性一致率: 100.0%
全体一致率: 100.0%
(内部検討資料より)

[トキソプラズマ IgM抗体]

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	17	1	0	18
	(±)	2	2	0	4
	(-)	0	1	27	28
合計		19	4	27	50

陽性一致率: 94.4%
陰性一致率: 96.4%
全体一致率: 92.0%
(内部検討資料より)

[サイトメガロ IgG]

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	46	2	0	48
	(-)	0	0	52	52
合計		46	2	52	100

陽性一致率: 95.8%
陰性一致率: 100.0%
全体一致率: 98.0%
(内部検討資料より)

[サイトメガロ IgM]

		現行試薬			合計
		(+)	(±)	(-)	
新試薬	(+)	60	3	0	63
	(±)	1	4	0	5
	(-)	0	3	29	32
合計		61	10	29	100

陽性一致率: 95.2%
陰性一致率: 90.6%
全体一致率: 93.0%
(内部検討資料より)

■ 判定基準

[トキソプラズマ IgG抗体]

IU/mL	判定
1.6未満	(-)陰性
1.6~2.9	(±)判定保留
3.0以上	(+)陽性

[トキソプラズマ IgM抗体]

S/CO	判定
0.83未満	(-)陰性
0.83~0.99	(±)判定保留
1.00以上	(+)陽性

[サイトメガロ IgG]

AU/mL	判定
6.0未満	(-)陰性
6.0以上	(+)陽性

* 判定保留はございません

[サイトメガロ IgM]

S/CO	判定
0.85未満	(-)陰性
0.85~0.99	(±)判定保留
1.00以上	(+)陽性