

「ピラジナミド(PZA)抗酸菌薬剤感受性検査」 自主回収に関するご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、測定委託先より海外において測定結果が“偽耐性”となる例が増加しているのではないかと指摘を受け、同事象と特定ロットとの関連が疑われたことから、国内においても対象となるロット試薬を測定試薬販売元(ベクトン・ディッキンソン)が自主回収をすることとなり、試薬供給再開まで当該試薬を用いた検査を中止する旨の連絡を受けました。

また、現行試薬が使用不可となる期間における当面の措置として、特にご指定がない限り、同じく液体培地法に基づいた別メーカーの試薬を用いて代替測定を実施するとの連絡も受けております。

弊社と致しましても、急遽ではございますが同様の対応となりますので取り急ぎご案内致します。

誠に突然のことであり、大変ご迷惑をおかけいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象項目

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目
未掲載		PZA抗酸菌薬剤感受性検査

2024年 8月 5日(月)ご依頼分より

ご依頼、ご報告に係る変更はございません。

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。