

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■実施日 2026年 9月 30日(水)ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書 掲載頁	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
83	2132 5G175	抗ミトコンドリア抗体	所要日数	5～6日	4～6日	測定委託先における測定試薬変更のため
			報告上限	2560倍以上	20480倍以上	
88	4013 4A015	ソマトメジン-C (IGF-1)	保存方法	血清 冷蔵	血清 凍結	測定委託先における変更のため

【関連】

抗ミトコンドリア抗体

(倍)									
新法	1280								4
	640							6	
	320					2	5		
	160				2	14	2		
	80			2	10	2			
	40		1	11	3				
	20		13	1					
	20未満	20	1						
	20未満	20	40	80	160	320	640	1280	(倍)
現法									

		現法		計
		陽性	陰性	
新法	陽性	79	0	79
	陰性	1	20	21
計		80	20	100

陽性一致率：98.8% (79/80)
陰性一致率：100.0% (20/20)
判定一致率：99.0% (99/100)

(委託先検討データ)

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは当社インフォメーションまでお申し付けください。